

## 各施設の MRI 検査における安全管理についてのアンケート(結果) 28 施設

問 1 : 貴施設では MRI 検査前に問診もしくは同意書をとっていますか?(Yes : 26 No : 2)

問 2 : 同意書の場合、本人・家族が記入できない場合は、どうしますか?

医師・看護師等の代筆 : 13 医師判断 : 7

問 3 : 検査時の更衣は行っていますか?

(必ず着替える : 14 着替えない : 0 部位により着替える : 12 その他 (金属あれば) : 2 )

問 4 : 貴施設では具体的な体内金属物などの一覧 (チェックリスト) がありますか?

(Yes : 17 No : 11)

問 5 : 体内金属物有りの患者さんの場合はどのようにして、金属の種類や商品名を調べますか?

(チェックリストを見せる : 2 カルテをさかのぼる : 14 いかなる金属でも検査不可 : 0

その他 依頼医任せ : 6 調べてもらう : 7 金探で : 1)

問 6 : チェックリストを作成している場合、リストの更新の際はどこから情報を得ていますか?

(院内の医療安全対策部署から : 1 添付文書サイト : 4 機器メーカーサイト : 7

その他 他院からの情報 : 1 MRsafty サイト : 1 medie のサイト : 1)

問 7 : チェックリストに無いものがあつた場合、どうしますか?

(調べる為検査を遅らす : 5 安全性が判明するまで検査を中止・延期 : 12

その他 医師判断 : 6 1.5T にて対応 : 1 medie に申し入れ : 1)

問 8 : 金属探知機を使用していますか?

(Yes : 17 No : 11)

問 9 : 金属探知機がベッド等で使っても意味がない場合はどうしていますか?

目視や蝕知 : 10 木製ベッド : 1 着脱式検査台にて : 3 MR 用ストレッチャー : 1

問 10 : 時間外検査時の安全管理はどのようにしていますか?

日中同様 : 14 専門スタッフのみ : 2 複数スタッフにて : 2 1.5T のみ行う : 2 マニュアル通り : 1

問 11 : チェックリストに則ってしたもの、事故になったことがありますか?

(Yes : 9 No : 14)

問 12 : 前質問で Yes の方は具体的に記入をお願いします。

(例 : MRI 対応の〇〇という器具を装着中の患者の検査をしたが、熱感の訴えがあつた 等)

問 13 : 過去に持込みのあつたものを教えて下さい?

脳室シャント留置患者のチェック間違いにより流量調整未実行、

人工内耳で痛み

インスリンポンプ装着、

主治医が MRI 対応と言つたが実際は違つた体内機器

義足で吸着、DIB キャップの破損、ペースメーカー (未遂含む)、酸素ボンベ (未遂含む)、

体温計、輸液ポンプ、点滴台、ホルター心電図、マスク、コッヘル、ハサミ、

コルセットネックバンド、ヘアピン、ブラジャー、入歯、パチンコ玉、万歩計、鍵、ボールペン、エレキバン、

カイロ、カツラ、タライ、事務クリップ、財布、補聴器、時計、パワーアンクル、硬貨、カード類